

4K硬性鏡システム

DCR手術をより安全・確実に

涙嚢鼻腔吻合術（DCR）において鮮明な画像をご提供します。



*1

*1: 推奨する硬性鏡
ニスコ株式会社製 「HDSテレスコープ」
(医療機器認証番号: 304AFBZX00024000)

NEW 4Kカメラコントロールユニット FT-800C
 (商品番号:301-304N)



■ 高精細4Kカメラ装置

- DCR手術において高精細な4K画像をご提供致します。
- 3板式4Kカメラを搭載しながら、コストパフォーマンスに優れたハイクオリティなシステムです。

■ 仕様

映像フォーマット	2160_59.94p, 2160_50p, 1080_59.94p, 1080_59.94i, 1080_50p, 1080_50i
水平解像度	1600TV本
映像出力	HDMI×2, SDI×1 (BNC×4), SDI×1 (BNC×1)
トリガー信号	φ3.5mm ステレオミニジャック
フットスイッチ入力	6pin コネクタ
電源	AC100V 50Hz/60Hz
電源入力	65VA
外観寸法	270(W)×100(H)×370(D)mm
質量	7.1Kg

製造販売元: ニスコ (株)

医療機器届出番号: 19B2X10001000071

NEW 4K防水型カメラヘッド FT-80SX
 (商品番号:301-304P)



■ 防水型カメラ・レンズアダプター体型

- 薬液消毒・低温プラズマ滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌が可能です。
- 質量わずか220gのカメラとレンズアダプター体型カメラヘッドは操作性に優れた防水設計です。

■ 仕様

撮像素子		1/3インチMOSセンサー3板式
レンズ焦点距離		18mm
外観寸法	カメラヘッド	φ45×113mm
	カメラケーブル	φ6mm×3000mm
質量		220g (カメラケーブル除く)

製造販売元: ニスコ (株)

医療機器届出番号: 19B2X10001000072

NEW 高輝度LED光源装置 FT-550L
 (商品番号:301-304M)



■ 高輝度白色LED搭載

- 白色LED搭載により、高輝度・長寿命を実現。

■ 仕様

照明用ランプ	高輝度白色LED
調光方式	電流制御
消費電力	110VA
電源	AC100V 50/60Hz
外観寸法	220(W)×110(H)×290(D)mm (突起物を含まず)
質量	2.5kg

製造販売元: ニスコ (株)

医療機器届出番号: 19B2X10001000070

ライトガイドケーブル

FT-4023

(商品番号:341-0203)

FT-6023

(商品番号:304-3078)



■ 仕様

長さ	FT-4023	2300mm
長さ	FT-6023	2300mm

製造販売元: ニスコ (株)

医療機器届出番号: 19B2X10001000111

製造販売元: ニスコ (株)

医療機器届出番号: 19B2X10001000115

製造販売元

ファイバーテック株式会社 千葉県佐倉市西御門409-1

問合せ先

ファイバーテック株式会社 マーケティング本部

東京都千代田区神田錦町3-23 TEL:03-5259-7601 FAX:03-5259-1155